



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
8.652—
2016

Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ ГАЗОВ (КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА)



Издание официальное

Зарегистрирован
№ 11982
1 февраля 2016 г.



Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от 29 января 2016 г. № 84-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 8.766—2011

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Государственная система обеспечения единства измерений

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ ГАЗОВ (КИСЛОРОДА, ВОДОРОДА)**

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for instruments measuring mass concentration of dissolved in water gases (oxygen, hydrogen)

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (рисунок А.1 приложения А) для средств измерений массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода и устанавливает порядок передачи единиц массовой концентрации растворенного в воде кислорода в диапазоне от 1 до 100000 мг/дм³ и массовой концентрации растворенного в воде водорода в диапазоне от 1 до 20000 мг/дм³ от государственного первичного эталона единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах (далее — государственный первичный эталон) с помощью рабочих эталонов средствам измерений с указанием пределов погрешностей и основных методов поверки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10157—79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 22018—84 Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Государственный первичный эталон

3.1 В состав государственного первичного эталона входят основные средства измерений и вспомогательные технические средства.

3.1.1 Основные средства измерений:

- рабочая камера с системой регистрации температуры и давления;
 - анализаторы кислорода;
 - анализаторы водорода;
 - титратор автоматический;
 - весы электронные;
-

ГОСТ 8.652—2016

- поверочные газовые смеси — государственные стандартные образцы состава ГСО 3722-87, ГСО 3732-87, ГСО 9793-2011, ГСО 3911-87, ГСО 3928-87, ГСО 3938-87;

- аргон высокой чистоты по ГОСТ 10157.

3.1.2 В комплект вспомогательных технических средств входят: вентиляционная система, система кондиционирования, система контроля параметров микроклимата, термостат-циркулятор, шкафы вытяжные, шкафы для хранения химических реактивов, посуды и газовых баллонов, персональный компьютер.

3.2 Государственный первичный эталон обеспечивает:

- воспроизведение единицы массовой концентрации растворенного в воде кислорода в диапазоне от 1 до 100000 мкг/дм³, среднее квадратическое отклонение (СКО) — от 0,2 до 300 мкг/дм³ при шести независимых измерениях, неисключенная систематическая погрешность (НСП) — от 0,5 до 130 мкг/дм³;

- воспроизведение единицы массовой концентрации растворенного в воде водорода в диапазоне от 1 до 20000 мкг/дм³, СКО — от 0,8 до 80 мкг/дм³ при шести независимых измерениях, НСП — от 1,0 до 120 мкг/дм³.

3.3 Государственный первичный эталон воспроизводит единицы массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода (мкг/дм³).

3.4 Государственный первичный эталон применяют для хранения и передачи единиц массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода рабочим эталонам и средствам измерений методом непосредственного сличения.

4 Рабочие эталоны

4.1 В качестве рабочих эталонов применяют:

- анализаторы кислорода, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 100000 мкг/дм³;

- анализаторы водорода, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 0 до 20000 мкг/дм³;

- поверочные установки, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 20000 мкг/дм³, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 0 до 2000 мкг/дм³.

4.2 Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода рабочими эталонами — анализаторами кислорода должна находиться в пределах $\pm(2—2000)$ мкг/дм³.

4.3 Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода рабочими эталонами — анализаторами водорода — должна находиться в пределах $\pm(3—1000)$ мкг/дм³.

4.4 Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода рабочими эталонами — поверочными установками — должна находиться в пределах $\pm(2—300)$ мкг/дм³.

4.5 Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода рабочими эталонами — поверочными установками — должна находиться в пределах $\pm(3—500)$ мкг/дм³.

4.6 Рабочие эталоны применяют для передачи единиц массовой концентрации растворенных в воде кислорода и водорода средствам измерений методом непосредственного сличения.

5 Средства измерений

5.1 В качестве средств измерений применяют:

- анализаторы кислорода амперометрические (оксиметры) по ГОСТ 22018, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 100000 мкг/дм³;

- анализаторы кислорода оптические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 100000 мкг/дм³;

- титраторы кислородные автоматические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 100000 мкг/дм³;

- анализаторы водорода амперометрические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде водорода от 0 до 20000 мкг/дм³.

- анализаторы кислорода амперометрические, диапазон измерений массовой концентрации растворенного в воде кислорода от 0 до 20000 мкг/дм³.