

БАСЫМДЫ ЧЕНОӨ ҮЧҮН ПРИБОРЛОР

**2-бөлүк. Басымды ченоө учун монтаждоо боюнча
приборлорду тандоо жана рекомендациялар**

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

**Часть 2. Выбор и рекомендации по монтажу
приборов для измерения давления**

Издание официальное

Кыргызстандарт

Бишкек

KMC EN 837-2:2000

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой "Приборы для измерения давления - термометры - устройства для измерения и/или записи температур в охлаждающих установках" Технического комитета CEN/TC 141

ВНЕСЕН Государственной инспекцией по стандартизации и метрологии при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстандарт), Управлением по стандартизации

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Кыргызстандарта от 27 июля 2000 г. № 173

3 Стандарт является полным аутентичным текстом Европейского стандарта EN 837-2:1997 Приборы для измерения давления. Часть 2. Выбор и рекомендации по монтажу приборов для измерения давления

4 ВВЕДЕН впервые

© Кыргызстандарт, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Кыргызстандарта

Содержание

| | |
|----------------------------------|---|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки..... | 1 |
| 3 Определения | 1 |
| 4 Выбор..... | 2 |
| 5 Транспортирование | 3 |
| 6 Хранение перед монтажом..... | 4 |
| 7 Монтаж | 4 |
| 8 Запуск..... | 7 |
| 9 Техническое обслуживание | 7 |

Введение

Приборы для измерения давления используются для измерения избыточных давлений. Это предусматривает:

- выбор измерительного прибора в соответствии с условиями применения;
- соблюдение определенного набора правил и мероприятий по безопасности касающихся: хранения;
монтажа;
безопасности в отношении условий эксплуатации;
технического обслуживания.